编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：NCH 清洗液　　试剂批号：2263028

外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√

	R1:40.5ml	R1:40.5ml	R1:40.5ml	R1:40.5ml
	检测温度：25.0℃			
SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，				
HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10^{12}/L				
空白值				
10^9/L				