编号：YNHA3-15-54-2017

碱性磷酸酶检测试剂盒（对硝基酚磷酸盐速率法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401760

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：07701502021505006

PH计型号：PHS-3C　　PH计编号：

	R1为无色透明液体，R2为无色或淡黄色透明液				
	体，均无悬浮物及沉淀物	符合要求	√		
净含量测定		40	R1	33.0ml	√
			R2	9.2ml	√
白吸光度测定	在405nm处，光径1cm时，空白吸光度A≤1.000；	0.1696	√		
吸光度变化率	在405nm处，光径1cm时，ΔA/min≤0.025				空白
PH测定	R1试剂的PH值的范围是9.80-10.80	10.24	√		

（RGL）	浓度3	3.0g/L	线性标准
	浓度4	2.1g/L	
	浓度5	1.5g/L	

复核人：　　批准人：　　检验人：